

Số: /CV-BV

Vị Xuyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

V/v: Mời chào giá các mặt hàng vật
tư Y tế

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư Y Tế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà Nước đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ thông tư số 68/2022/TT/BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của bộ tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Căn cứ vào Công văn số 323/SYT-NVD ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Sở Y Tế Hà Giang về việc cho chủ trương mua vật tư Y tế năm 2024

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên đối với mặt hàng vật tư Y tế mang tính cấp thiết. Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang cần mua sắm một số vật tư Y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh, để có cơ sở giá trên thị trường triển khai mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá cho sản phẩm gồm:

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo;
- Thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá chào các mặt hàng tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn.

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này);
2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;
3. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021;
4. Hợp đồng mua bán các VTYT, hóa chất tương tự (nếu có).

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 06 tháng 03 năm 2024 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành.

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên; địa chỉ tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đến trước ngày 06 tháng 03 năm 2024 để bệnh viện tổng hợp.

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds Lê Thị Mai. (SĐT: 0982.490.988).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (đăng website);
- Đăng website BVVX;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Tạ Tiến Mạnh

PHỤ LỤC: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm công văn số: /CV-BV ngày 26 tháng 02 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Kim chích máu	Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn. Tiệt trùng bằng tia Gamma.	cái	500	
2	Túi máu đơn 250ml	Túi máu dùng để thu thập, lưu trữ, truyền và vận chuyển máu .Kết cấu của túi mềm mại, ống chống xoắn được đóng gói riêng biệt	Túi	100	
3	Sonde dạ dày	Chất liệu nhựa PVC. Tiệt trùng khí EO . Chiều dài 500mm. Được phân biệt kích thước qua màu sắc	Cái	1,000	
4	Dây hút dịch phẫu thuật	Chất liệu nhựa PVC . Dài 180cm-200cm .- Tiệt trùng bằng khí EO	Cái	300	
5	Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn y tế	Chỉ thị hóa học Type 4 cho hấp ướt. Kích thước: 1,5 cm x 20 cm. Thành phần: giấy > 99%, Lead Carbonate Hydroxide: 0.5 - 0.9. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121° C-134° C.	Hộp	4	
6	Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho tiệt khuẩn hơi nước	Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2,4cm x 55m. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121° C và 132-134° C. Thành phần: giấy 75-85%, chất bám dính 10-20%, Acrylic Polymer: 2-5%, mực chỉ thị 0,5-2%.	Cuộn	20	
7	Bao camera	Chất liệu Cotton , màu trắng . Tiệt trùng khí EO . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói	500	
8	Điện cực tim nền xốp	dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao	Cái	200	
9	Gel điện tim	Được sử dụng trong các điện cực chuẩn đoán kỹ thuật số, không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu ,không có chất formaldehyde và muối.Đặc biệt gel không có mùi hôi và không gây độc hại.Chai 250ml	Tube	30	
10	Gel siêu âm	Sử dụng trong siêu âm , không có formaldehyde. Độ PH 6,5-7,5	Can	15	
11	Giấy điện tim 12 cần	Dùng cho máy điện tim 12 cần. Kích thước 215mm x 25m x 16mm	Cuộn	200	

12	Dây garo	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, không phủ bột, có băng gai dính 2 đầu	Cái	50	
13	Cốc đờm	Chất liệu nhựa . Đường kính dưới 4.5cm , đường kính trên 6cm , cao 3,5cm	Cái	500	
14	Máy đo huyết áp cơ +Tai nghe Tim Phổi	<p>Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao.</p> <p>- Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao. Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa</p>	Cái/bộ	10	

MẪU BÁO GIÁ

Vị Xuyên, ngày ____ tháng ____ năm 2024

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN

Công ty _____ (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

Số TT	Tên hàng hóa chung	Tên thương mại	Tính năng, thông số kỹ thuật, đóng gói	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Phân nhóm (TT 14)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	(Ghi tên thiết bị theo bảng danh mục yêu cầu chào giá của bệnh viện)	(Tên Model/ Mã hàng)	Cấu hình gồm: (Gồm đầy đủ cấu hình thiết bị chính, thiết bị phụ trợ (nếu có) phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) Thông số kỹ thuật: (Nêu các thông số, đặc tính kỹ thuật đặc trưng cơ bản của thiết bị)	(Ghi Hãng/Nước nơi sản xuất của thiết bị theo giấy phép nhập khẩu/ Giấy phép lưu hành hoặc các văn bản liên quan)	(Ghi Hãng/Nước sở hữu thiết bị theo giấy phép nhập khẩu/ Giấy phép lưu hành hoặc các văn bản liên quan)	(Ghi tên nhóm theo quy định của Thông tư 14/2020/ TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế, VD: Nhóm 1/ Nhóm 2/ Nhóm 3...)	(Ghi đơn vị tính của thiết bị, VD: Cái, Bộ, Hệ thống...)	(Ghi theo số lượng của danh mục yêu cầu chào giá)	(Ghi rõ số tiền bằng số)	(Ghi rõ số tiền bằng số)
2
...
Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT ...%)										
Bảng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ)										

Các điều khoản khác:

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa)

- a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành;
- b) Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên;
- c) Thời gian bảo hành của hàng hóa: _____ tháng;
- d) Tiến độ thực hiện hợp đồng: _____ tháng;
- e) Thời gian hiệu lực của báo giá: _____ tháng kể từ ngày báo giá;
- f) Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao và thay thế trong vòng 10 năm sau bán hàng, cam kết thực hiện được dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nếu bên Mua yêu cầu;
- g) Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;
- h) Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao trong trường hợp trúng thầu;
- i) Cam kết báo giá không cao hơn giá kê khai, công bố giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại thời điểm báo giá;
- j) Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác *(nếu có)*;

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)